

SR-II.272.1.3.2021

Kielce, dnia 16.07.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie tomografu komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach”

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpływaniem pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SWZ w:

1. Specyfikacji Warunków Zamówienia:

• **w Rozdziale VI ust. 5 pkt 4) SWZ:**

Treść przed zmianą

Katalogów, karty katalogowej lub opisów technicznych w języku polskim – zawierających wszystkie wymagane parametry techniczne. Wykonawca powinien czytelnie oznakować w katalogach oferowane parametry danego wyrobu.

Treść po zmianie

Katalogów, karty katalogowej lub opisów technicznych w języku polskim – zawierających wszystkie wymagane parametry techniczne. Wykonawca powinien czytelnie oznakować w katalogach oferowane parametry danego wyrobu. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w folderach katalogowych.

• **w Rozdziale III ust. 5 pkt 5) SWZ:**

Treść przed zmianą

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m. in. do:
5)uzyskania wymaganych prawem polskim zgód na użytkowanie urządzenia;

Treść po zmianie

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m. in. do:

5) Inicjowania działań oraz przygotowania na własny koszt wszelkiej dokumentacji, którą Zamawiający jako strona postępowań złoży do odpowiednich organów celem uzyskania zgód, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania urządzenia.

Treść SWZ otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika Nr 1 do niniejszej modyfikacji.

2. OPZ Załącznik nr 1 do SWZ:

• Rozdział II Gantry / stół pkt 7:

Treść przed zmianą

7	Długość stołu	≥ 250 cm podać		
---	---------------	-------------------	--	--

Treść po zmianie

7	Długość stołu	≥ 235 cm podać		
---	---------------	-------------------	--	--

• Rozdział V Konsola operatorska/Oprogramowanie pkt 25:

Treść przed zmianą

25	Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, umożliwiający obniżenie dawki promieniowania do 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, VEO, AIDR 3D). Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)	TAK, podać nazwę		
----	--	---------------------	--	--

Treść po zmianie:

25	Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną.			
----	---	--	--	--



	<p>Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, umożliwiający obniżenie dawki promieniowania do 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, VEO, AIDR 3D).</p> <p>Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu.</p> <p>Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)</p>	<p>TAK, podać nazwę</p>		
--	---	------------------------------------	--	--

- **Rozdział V Konsola operatorska/Oprogramowanie pkt 26:
Treść przed zmianą**

26.	<p>Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 25 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) $\leq 11,0$ mGy.</p>	<p>≤ 11 mGy podać</p>
-----	--	---

Treść po zmianie

26.	<p>Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 25 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) $\leq 11,0$ mGy.</p>	<p>≤ 11 mGy podać</p>
-----	---	--

- **Rozdział V Konsola operatorska/Oprogramowanie pkt 27:
Treść przed zmianą**

27	<p>Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w</p>	<p>$\leq 27,0$ mGy Podać</p>	
----	--	---	--

	płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 25 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) $\leq 27,0$ mGy.		
--	--	--	--

Treść po zmianie

27	Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 25 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) $\leq 27,0$ mGy.	$\leq 27,0$ mGy Podać	*
----	--	--------------------------	---

- **Rozdział X Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia pkt 6:**
Treść przed zmianą

6	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia	Tak		
---	--	-----	--	--

Treść po zmianie

6	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres całkowitej niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia	Tak		
---	---	-----	--	--

- **Rozdział VI Stacja Diagnostyczna (lekarska) pkt. 4 oraz pkt 17:**

Treść przed zmianą

VI.	STACJA DIAGNOSTYCZNA (LEKARSKA)			
4.	Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Send - DICOM Storage - DICOM Query/Retrieve - DICOM Modality Worklist	Tak		
17	Przygotowanie urządzenia diagnostycznego (konsoli tomografu i stacji lekarskiej) do pracy w systemie	Tak		

	RIS/PACS (wraz z konfiguracją listy roboczej)			
--	---	--	--	--

Treść po zmianie

VI.	STACJA DIAGNOSTYCZNA (LEKARSKA)			
4.	Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Send - DICOM Storage - DICOM Query/Retrieve	Tak		
17.	Przygotowanie urządzenia diagnostycznego - konsoli tomografu do pracy w systemie RIS/PACS (wraz z konfiguracją listy roboczej) oraz stacji lekarskiej do pracy z systemem PACS.	Tak		

- w pkt 1 pkt 1.3 oraz 1.6 lit a. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m. in. do:

Treść przed zmianą

1.3 uzyskania wymaganych prawem polskim zgód na użytkowanie urządzenia;

Treść po zmianie

„1.3 Inicjowania działań oraz przygotowania na własny koszt wszelkiej dokumentacji, którą Zamawiający jako strona postępowań złoży do odpowiednich organów celem uzyskania zgód, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania urządzenia”

Treść przed zmianą

1.6 lit a. Katalogów, karty katalogowej, lub opisów technicznych w języku polskim – zawierających wszystkie wymagane parametry techniczne. Wykonawca powinien czytelnie oznakować w katalogach oferowane parametry danego wyrobu;

Treść po zmianie

„1.6 lit a. Katalogów, karty katalogowej lub opisów technicznych w języku polskim – zawierających wszystkie wymagane parametry techniczne. Wykonawca powinien czytelnie oznakować w katalogach oferowane parametry danego wyrobu. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów niewyszczególnionych w folderach katalogowych.”

Treść Załącznika Nr 1 do SWZ – OPZ otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika Nr 2 do niniejszej modyfikacji.

W zawiązku z modyfikacjami Załącznika Nr 1 do SWZ – OPZ w Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego wprowadza się identyczne zmiany jak w załączniku OPZ.

Treść Załącznika Nr 1 do Formularza ofertowego otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika Nr 3 do niniejszej modyfikacji.

3. Załącznika nr 7 do SWZ – wzór umowy:

- **poprzez modyfikację § 1 ust. 2 pkt 3):**

Treść przed zmianą

3)uzyskania wymaganych prawem polskim zgód na użytkowanie urządzenia;

Treść po zmianie

„3) Inicjowania działań oraz przygotowania na własny koszt wszelkiej dokumentacji, którą Zamawiający jako strona postępowań złoży do odpowiednich organów celem uzyskania zgód, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania urządzenia.

- **poprzez modyfikację zapisów § 2 ust. 14 lit a):**

Treść przed zmianą

14. Zamawiający oświadcza, że:

a) Zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenie, w którym będzie instalowany przedmiot dostawy,

Treść po zmianie

„Zamawiający oświadcza, że:

a) Zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenie, w którym będzie instalowany przedmiot dostawy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy”

- **poprzez dodanie w § 2 po ust. 14 ust. 15 zgodnie z poniższym zapisem:**

„W zakresie udzielonej licencji na oprogramowanie Zamawiający nie będzie:

a) korzystał z oprogramowania w połączeniu z produktami innych producentów chyba, że takie połączenie jest przewidziane jako dopuszczalne w dokumentacji sprzętu;

- b) udzielał sublicencji, cedował, przenosił ani w inny sposób udostępniał osobom trzecim na innych zasadach jakichkolwiek praw do oprogramowania, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym ustępie;
- c) ujawniał osobom trzecim jakichkolwiek informacji zawartych w oprogramowaniu;
- d) kopiował ani powielał oprogramowania (z wyjątkiem jednej kopii sporządzonej na potrzeby ewentualnego odtworzenia z kopii zapasowej (back- up) lub w innych celach dopuszczalnych na mocy obowiązującego prawa);
- e) zmieniał ani modyfikował oprogramowania;
- f) dokonywał modelowania odwrotnego, dekompilacji i demontażu ani tworzył jakichkolwiek dzieł zależnych w oparciu o oprogramowanie z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”
- **poprzez modyfikację zapisów § 3 ust. 2-3:**

Treść przed zmianą

2. Strony oświadczają, iż protokolarny odbiór wszystkich elementów składających się na przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych, stanowi dowód wykonania Umowy.

3. Za dzień wykonania Umowy przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych określonych w Umowie.

Treść po zmianie

„2. Strony oświadczają, iż protokolarny odbiór wszystkich elementów składających się na przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych, gwarancyjnych oraz szkoleniowych, stanowi dowód wykonania Umowy.

3. Za dzień wykonania Umowy przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych, gwarancyjnych oraz szkoleniowych określonych w Umowie.”
- **poprzez modyfikację § 4 ust. 4:**

Treść przed zmianą

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone pisemnym Protokołem Odbioru Końcowego, podpisanymi bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione.

Treść po zmianie

„4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone pisemnym Protokołem Odbioru Końcowego, podpisanym przez osoby upoważnione.”

- **poprzez modyfikację zapisów § 5 ust. 5:**

Treść przed zmianą

5. Zamawiający dokona odbioru w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku o jego dokonanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Treść po zmianie

„5. Zamawiający dokona odbioru w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku o jego dokonanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.”

- **poprzez usunięcie zapisów § 5 ust. 7 lit. a):**

Treść przed zmianą

a) jakkolwiek element przedmiotu Umowy lub jego wyposażenia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Treść po zmianie

~~a) jakkolwiek element przedmiotu Umowy lub jego wyposażenia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,~~

- **poprzez modyfikację § 5 ust. 11 i 14:**

Treść przed zmianą

11. W razie rozbieżności co do jakości przedmiotu Dostawy lub jego zgodności z Umową Strony sporządzą protokół Rozbieżności Sprzętu (dalej „Protokół Rozbieżności”), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.

14. W przypadku dalszego stwierdzenia rozbieżności lub wad przedmiotu Dostawy, po wcześniejszym dwukrotnym podpisaniu Protokołu Rozbieżności, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach i skutkuje z chwilą odstąpienia, w formie pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności, wraz z uzasadnieniem doręczonym Wykonawcy.

Treść po zmianie

11. W razie rozbieżności co do jakości przedmiotu Umowy lub jego zgodności z Umową Strony sporządzą Protokół Rozbieżności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru lub odstąpić od umowy tylko w przypadku istnienia wad istotnych lub nieusuwalnych, które uniemożliwiają wykorzystanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. W przypadku dalszego stwierdzenia rozbieżności lub wad przedmiotu Umowy, po wcześniejszym dwukrotnym podpisaniu Protokołu Rozbieżności, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach i skutkuje z chwilą odstąpienia, w formie pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności, wraz z uzasadnieniem doręczonym Wykonawcy.

- **poprzez modyfikację zapisów § 6 ust. 3:**

Treść przed zmianą

3. Potwierdzeniem wykonania usługi szkolenia personelu jest Protokół Odbioru Końcowego, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy (część D).

Treść po zmianie

„3. Potwierdzeniem wykonania usługi szkolenia personelu jest Protokół ze Szkolenia, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy.”

- **poprzez dodanie w § 16 ust. 6 tiret 5 załącznika nr 5 do Umowy – Protokół ze Szkolenia.**
- **poprzez modyfikację załącznika nr 3 do umowy - Protokół Odbioru Krańcowego.**
- **poprzez modyfikację § 7 ust. 3:**

Treść przed zmianą

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

Treść po zmianie

„3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.”

- **poprzez modyfikację zapisów § 7 ust. 18 oraz dodanie lit. c):**

Treść przed zmianą

18. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po upływie terminu obowiązującej gwarancji:

- a) do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu kodów serwisowych, haseł, usunięcie blokady serwisowej i innych zabezpieczeń urządzenia,
- b) do zapewnienia dostępności autoryzowanego serwisu, części zamiennych do aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot dostawy, przez okres 10 lat od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru.

Treść po zmianie

„18. Wykonawca zobowiązuje się po upływie terminu obowiązującej gwarancji:

- a) do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu kodów serwisowych, haseł, usunięcie blokady serwisowej i innych zabezpieczeń urządzenia,**
- b) do zapewnienia dostępności autoryzowanego serwisu, części zamiennych do aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot dostawy, przez okres 10 lat od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru.**
- c) do dokonania bezpłatnych przeglądów w ilości przedmiotu dostawy. Częstotliwość serwisów wynikać musi z zaleceń producenta zawartych w dokumentacji urządzenia, oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.”**

- **poprzez modyfikację § 11 ust. 1 lit b):**

Treść przed zmianą

b. w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy lub nie realizuje przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Treść po zmianie

„b. w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia lub gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną część umowy.”

- **poprzez modyfikację zapisów § 12 ust. 1-3:**

Treść przed zmianą:

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych i powierzonych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego w czasie trwania Umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, z zastrzeżeniem informacji: jawnych, powszechnie znanych lub w inny sposób ogólnie dostępnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz informacji, które muszą zostać ujawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.
3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

Treść po zmianie

1. **Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego/Wykonawcy, uzyskanych i powierzonych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego/Wykonawcy w czasie trwania Umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, z zastrzeżeniem informacji: jawnych, powszechnie znanych lub w inny sposób ogólnie dostępnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz informacji, które muszą zostać ujawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.**
2. **Wykonawca/Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej**

umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Wykonawca/Zamawiający zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Jednocześnie Wykonawca/Zamawiający oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

3. Wykonawca/Zamawiający odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

Treść Załącznika Nr 7 do SWZ otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika Nr 4 do niniejszej modyfikacji.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wicestarosta

Tomasz Pleban

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 – SWZ
2. Załącznik nr 2 – OPZ
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego.
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.